

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवायें, उत्तरप्रदेश, लखनऊ।

(केन्द्रीय औषधि भण्डार अनुभाग-8)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-8फ/क्यू0सी0-737/422

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2016

संशोधित निविदा सूचना

महानिदेशालय पत्र संख्या-8फ/737/6469, दिनांक 15.12.2015 के द्वारा मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथोलॉजी लैब के उच्चीकरण / सुदृढीकरण हेतु पैथोलॉजी उपकरणों की निविदा निर्गत की गयी थी।

उक्त निविदा के मानकों को अपरिहार्य कारणों से निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

Existing Specifications	Revised Specifications
For Fully Computerized Biochemistry Analyzer	
Point 13: System should be with <u>Quartz- Iodine Lamp.</u>	System should be with <u>Quartz- Iodine Lamp/Xenon Lamp.</u>

Existing Specifications	Revised Specifications
For Hematology Analyzer 20 Parameter	
Point 04: The System should be based on Sample Rotary Valve (SRV) for precise sample all quoting for dilution.	The System should be based on Sample Rotary Valve (SRV) or High Precision Dilutor for precise sample result.
Point 11: The System should have open mode as well as pre diluted mode of sample aspiration.	The System should have open mode with less than 20 micro liter sample aspiration.

शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेगीं।

निदेशक (भण्डार)

संख्या:-8फ/क्यू0सी0-737/423-26

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. इं0 अवधेश रावत, एन.आई.सी. 30प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की संशोधित सूचना को वेबसाइट :- www.upgov.nic.in and www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 शासन।
4. संबंधित फर्म।

निदेशक (भण्डार)