

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(केन्द्रीय औषधि भण्डार अनुभाग-8)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-8फ/क्यू0सी0-737/463

लखनऊ: दिनांक: 21 जनवरी, 2016

संशोधित निविदा सूचना

महानिदेशालय पत्र संख्या-8फ/737/6469, दिनांक 15.12.2015 के द्वारा मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथोलॉजी लैब के उच्चीकरण / सुदृढीकरण हेतु पैथोलॉजी उपकरणों की निविदा निर्गत की गयी थी, जिसमें महानिदेशालय पत्र संख्या-8फ/737/422, दिनांक 21.01.2016 के द्वारा संशोधन किया गया था, जिसके मानकों को विशेषज्ञों की समिति द्वारा पुनरीक्षणोपरान्त पुनः निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

Existing Specifications	Revised Specifications
For Hematology Analyzer 20 Parameter	
Point 11: The System should have open mode with less than 20 micro liter sample aspiration.	Normally 3ml (300 micro liters) blood is collected for hematology. So less than 20 micro liters sample aspiration is not justified. So Point 11 now can read by as: - The system should have open mode as well as pre diluted mode of sample aspiration.

शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेगीं।

निदेशक (भण्डार)

संख्या:-8फ/क्यू0सी0-737/464-67

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. इं० अवधेश रावत, एन.आई.सी. 30प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की संशोधित सूचना को वेबसाइट :- www.upgov.nic.in and www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चर्या हेतु।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र० शासन।
4. संबंधित फर्म।

निदेशक (भण्डार)