

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ ।

(सी०एम०एस०डी०, अनुभाग-८)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७७६/

लखनऊ: दिनांक: ९ जून, २०१६

संशोधित निविदा सूचना

महानिदेशालय पत्र संख्या-८फ/क्यू०सी०-७७६/६९७, दिनांक ११.०५.२०१६ द्वारा मात्रा अनुबंध के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में स्थित पैथालाजी लैब के उच्चीकरण/सुदृढीकरण हेतु उपकरणों/साज-सज्जा सामग्री की आपूर्ति/स्थापना कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी।

उपरोक्त निविदा के अंतर्गत महानिदेशालय पत्र संख्या-८फ/क्यू०सी०-७७६/१२०७, दिनांक ०४.०६.२०१६ द्वारा निविदा के सभी उपकरणों के मानकों में संशोधन किया था। उक्त निविदा में ब्लड गैस एनालाइजर के मानकों के बिन्दु संख्या-१ को निरस्त करते हुए पुनः निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

Existing Specifications	Revised Specifications
For Blood Gas Analyzer	
Point No.1- Should measure pH, pCo ₂ , po ₂ , Sodium, Potassium, Calcium & Chloride, total hemoglobin, Haematocrit and oxygen saturation. The parameters can be activated and deactivated individually for measurement.	Point No.1- Should measure pH, pCo ₂ , po ₂ , Sodium, Potassium, Calcium / Chloride , total hemoglobin, Haematocrit and oxygen saturation. The parameters can be activated and deactivated individually for measurement.

शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेगीं।

(सुरेश चन्द्र)
निदेशक (भण्डार)

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७७६/ १३२५-२६

तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- इं० अवधेश रावत, एन.आई.सी. उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की संशोधित सूचना को वेबसाइट :- www.dghealth.up.nic.in एवं www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
- संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।

(सुरेश चन्द्र)
निदेशक (भण्डार)