

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।  
(सी०एम०एस०डी०, अनुभाग-८)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-९३०/

लखनऊ: दिनांक: २ मई, 2018

**संशोधित निविदा सूचना-२**

( केवल ई-टेंडरिंग वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) के माध्यम से)

महानिदेशालय पत्र संख्या-८फ/क्यू०सी०-९३०/७४३१, दिनांक २३ मार्च, २०१८ द्वारा अनुबंध की तिथि से ०१ वर्ष तक मात्रा अनुबंध के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा वित्त पोषित आर०बी०एस०के० प्रोग्राम के अन्तर्गत ०२ जनपदों अलीगढ़ एवं मुरादाबाद के Restructured DEIC के संचालन हेतु उपकरणों के क्रय, आपूर्ति/स्थापना कराये जाने हेतु ख्याति प्राप्त निर्माता/निर्माता फर्मों के अधिकृत डीलरों/निर्माता फर्मों के अधिकृत एजेंटों से निविदाएँ ई-टेंडर के माध्यम से आमंत्रित की गयी थी।

उक्त निविदा के अन्तर्गत निम्नवत् संशोधन किया जाता है :-

TECHNICAL SPECIFICATION AS PER TENDER	TECHNICAL SPECIFICATION AFTER AMENDMENT
<b>AUTOMATIC ABR SCREENER WITHOUT DISPOSABLE ELECTRODES RATHER WITH INTEGRATED ELECTRODES</b>	
<b>1. H.</b> No Sticking of Electrodes.	<b>1. H.</b> Non sticking electrodes.
<b>SEMI-AUTOMATED ANALYZER</b>	
<b>1. M.</b> 3 level control by Levey Jennings chart stored and displayed	<b>1. M.</b> At least 2 level control by Levey Jennings chart stored and displayed.

**Some clarifications against the demand of document found after the pre-bid meeting:-**

TECHNICAL SPECIFICATION AS PER TENDER	REQUIRED CLARIFICATIONS
<b>OTO-ACOUSTIC EMISSIONS (OAE) INSTRUMENT</b>	
<b>N.</b> 2 signal input channel	Signal input channel 2 in number.
<b>BRAINSTEM EVOKED RESPONSE AUDIOMETER WITH ASSR AND BOTH INSERT PHONE</b>	
<b>2.6 (b)</b> Transducer: Insert ear phones, Headphones and Bone Vibrator	Those are our standard part of equipment. One extra insert ear phone is required as mentioned in spare list.
<b>3.</b> TECHNICAL SPECIFICATION FOR ASSR (OPTIONAL)	ASSR test is mandatory not optional.

निविदा की शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।

संयुक्त निदेशक (भण्डार)

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-९३०/५७२-५७३

तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- प्रभारी कम्प्यूटर सेल, कार्यालय प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।

संयुक्त निदेशक (भण्डार)