

संशोधित निविदा सूचना-1

(केवल ई-टेंडरिंग वेबसाइट www.etender.up.nic.in के माध्यम से)

महानिदेशालय पत्र संख्या-८फ/आर०सी०-९३३/६७९, दिनांक ११ मई, २०१८ द्वारा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष तक वैध दर अनुबंध के अंतर्गत प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत "गम्भीर नवजात शिशु उपचार इकाई" को स्थापित किये जाने हेतु उपकरण बिलीरुबीनोमीटर के क्रय, आपूर्ति/स्थापना कराये जाने हेतु ख्याति प्राप्त निर्माता/निर्माता फर्मों के अधिकृत डीलरों/निर्माता फर्मों के अधिकृत एजेंटों से ई-निविदायें आमंत्रित की गयी थी।

उक्त निविदा में अतिरिक्त उपकरण आक्सीजन हूड समाहित किया जा रहा है, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

उपकरण का नाम	मात्रा	प्रतिनग स्वीकृत धनराशि (रूपया)	कुल स्वीकृत धनराशि (रूपया)	ई०एम०डी० (रूपया)
आक्सीजन हूड	30	1,643.00	49,290.00	1,500.00

TECHNICAL SPECIFICATION OF OXYGEN HOOD

1. TECHNICAL CHARACTERISTICS

Transparent polycarbonate unbreakable single molded, Silicon rubber Neck Port adjustment enabled to minimize the wastage of oxygen, Silicon rubber Neck port adjustment to ensures use in Neonate/Infant/ Pediatric patients, Oxygen inlet port.

2. PHYSICAL CHARACTERISTICS

2.1 Dimensions (metric): Small size, Medium size

2.2 Weight (lbs, kg): Extremely light weight.

2.3 Mobility, portability: Portable

3. ACCESSORIES, SPARE PARTS, CONSUMABLES

3.1 Consumables: tubing.

4. ENVIRONMENTAL AND DEPARTMENTAL CONSIDERATIONS

4.1 Atmosphere / Ambiance: Operating condition: Capable of operating continuously in ambient temperature of 0 to 50 deg C and relative humidity of 15 to 90% in ideal circumstances.

4.2 User's Care, Cleaning, Disinfection & Sterility Issues: Complete unit to be easily washable and sterilizable using both alcohol and chlorine agents.

5. STANDARDS AND SAFETY

5.1 Certificates:

- ISO 15001-2010.
- Should be CE or FDA approved.
- The company should be ISO 13485 certified.


6. INSTALLATION

6.1 Confirmation in no crack, no leak in hood structure.

7. WARRANTY

8.1 Warranty: 3 year.

निविदा की शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेंगी।



निदेशक (भण्डार)

संख्या:-8फ/आर0सी0-933/848-49

तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. प्रभारी कम्प्यूटर सेल, कार्यालय प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।


निदेशक (भण्डार)