

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ ।

(सी०एम०एस०डी०, अनुभाग-८)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७८२/

लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2016

संशोधित निविदा सूचना

महानिदेशालय पत्र संख्या-८फ/क्यू०सी०-७८२/१२२३, दिनांक ०४.०६.२०१६ द्वारा प्रदेश में नवनिर्मित आधुनिक चीरघरों हेतु उपकरणों की निविदायें आमंत्रित की गयी थी।

उक्त निविदा की समय सारणी को अपरिहार्य कारणों से निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

<u>संशोधित समय सारणी, क्यू०सी०-७८२</u>	
<u>विवरण</u>	<u>दिनांक व समय</u>
निविदा विक्रय की तिथि	०८ जून, २०१६ से २६ जुलाई, २०१६ तक
निविदा पड़ने की तिथि	२७ जुलाई, २०१६ को अपरान्ह २.३० बजे
निविदा खुलने की तिथि	२७ जुलाई, २०१६ को अपरान्ह ३.०० बजे

निविदा की शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेगी।

निदेशक (भण्डार)

तददिनांक।

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७८२/२१५७-५९

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक/कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. इं० अवधेश रावत, एन.आई.सी. उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की संशोधित सूचना को वेबसाइट :- www.dghealth.up.nic.in एवं www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
२. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर घस्पा हेतु।
३. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।

18/7/16
निदेशक (भण्डार)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ ।

(सी०एम०एस०डी०, अनुभाग-८)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-८फ / क्यू०सी०-७८२ /

लखनऊ: दिनांक: 18 जुलाई, 2016

संशोधित निविदा सूचना

महानिदेशालय पत्र संख्या-८फ / क्यू०सी०-७८२ / 1223, दिनांक 04.06.2016 द्वारा प्रदेश में नवनिर्मित आधुनिक चीरघरों हेतु उपकरणों की निविदायें आमंत्रित की गयी थी।

उक्त निविदा के मानकों में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं :-

Existing Specifications	Revised Specifications
AUTOCLAVE VERTICAL	
Point No.11- Should have an ISI mark.	Should have an BIS or EUROPEAN CE Approved
Point No.13- Chamber volume should be approximately 300mm depth with minimum 2 bin type.	Chamber volume should be approximately 300mm diameter and 500 mm depth with minimum 2 bin type.
AUTOPSY WORKSTATION	
• Frame work of Postmortem Table constructed with Strong stainless steel 202 grade of SS material.	• Frame work of Postmortem Table constructed with Strong stainless steel 304 grade of SS material.

निविदा की शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेगी।

निदेशक (भण्डार)

संख्या:-८फ / क्यू०सी०-७८२ / 2167-69

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. इं० अवधेश रावत, एन.आई.सी. उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की संशोधित सूचना को वेबसाइट :- www.dghealth.up.nic.in एवं www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
2. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चरसा हेतु।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।

निदेशक (भण्डार)