

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।

(सी०एम०एस०डी०, अनुभाग-८)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७८२/

लखनऊ: दिनांक २७ जुलाई, २०१६

संशोधित निविदा सूचना

महानिदेशालय पत्र संख्या-८फ/क्यू०सी०-७८२/१२२३, दिनांक ०४.०६.२०१६ द्वारा प्रदेश में नवनिर्मित आधुनिक चीरघरों हेतु उपकरणों की निविदायें आमंत्रित की गयी थी।

उक्त निविदा के मानकों में निम्नवत् संशोधन किये जाते हैं :-

Existing Specifications	Revised Specifications
Page No. 36 (X-Ray Machine Mobile) Point No.- 10 X-Ray Tube : BEL DSA7h stationary anode tube.	Page No. 36 (X-Ray Machine Mobile) Point No.- 10 X-Ray Tube : AERB Approved stationary standard anode tube

उक्त निविदा की समय सारणी को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :-

संशोधित समय सारणी, क्यू०सी०-७८२	
विवरण	दिनांक व समय
निविदा विक्रय की तिथि	०८ जून, २०१६ से ३१ जुलाई, २०१६ तक
निविदा पड़ने की तिथि	०१ अगस्त, २०१६ को अपराह्न २.३० बजे
निविदा खुलने की तिथि	०१ अगस्त, २०१६ को अपराह्न ३.०० बजे

निविदा की शेष नियम व शर्तें यथावत् रहेगी।

(सुरेश चन्द्र)
निदेशक (भण्डार)

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७८२/ २५८५-८७

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. इं० अवधेश रावत, एन.आई.सी. उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की संशोधित सूचना को वेबसाइट :- www.dghealth.up.nic.in एवं www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
२. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
३. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।

(सुरेश चन्द्र)
निदेशक (भण्डार)