

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।

(सी०एम०एस०डी०, अनुभाग-८)

Phone no: - 0522-2625809

E-mail id: - cmsd.dghealth@gmail.com

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७९१/

लखनऊ: दिनांक: २२ जुलाई, २०१६

शुद्धि पत्र

महानिदेशालय के पत्र सं०-८फ/क्यू०सी०-७९१/१७२९ दिनांक २४.०६.२०१६ द्वारा मात्रा अनुबंध के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर, बाराबंकी, हरदोई, आजमगढ़, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, गाजियाबाद, डा० राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ, जौनपुर, कन्नौज, सोनभद्र, बांदा, बलिया, पं० दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय वाराणसी एवं एस०बी०डी० चिकित्सालय सहारनपुर (राज्य बजट से) तथा उरई, ललितपुर, फैजाबाद, फतेहपुर, इटावा, बस्ती (एन०एच०एम० बजट से) में ट्रामा सेन्टर हेतु उपकरणों की **आपूर्ति/स्थापना** कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी।

उक्त निविदा में मॉनीटर लार्ज स्क्रीन, विड ई०सी०जी०, एस०पी०ओ०टू०, एन०आई०बी०पी० एण्ड ई०टी०सी०ओ०टू० तथा न्यूमेटिक टूर्निके, के मानकों को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

MONITOR LARGE SCREEN

TECHNICAL SPECIFICATIONS Point no.-2 is to be read as- Monitor should have facility to display 5 Para like ECG, RR, HR, SPO2 (Nellcor), NIBP and as standard Parameters with built in rechargeable battery, capric probe backup of at least 2 hours & recorder for continuous operation.

Pneumatic Tourniquet

TECHNICAL SPECIFICATIONS Point no.-13 is to be read as- The company should be certified with ISO-13485:2008

निदेशक (भण्डार)

संख्या:-८फ/क्यू०सी०-७९१/२२५८-६१

तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. इ० अवधेश रावत, एन.आई.सी. उ०प्र० लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि निविदा की संशोधित सूचना को वेबसाइट :- www.dghealth.up.nic.in एवं www.uphealth.up.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
२. संयुक्त निदेशक (मुख्यालय), स्वास्थ्य भवन, लखनऊ / नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
३. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल, कार्यालय, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।

निदेशक (भण्डार)